| Характеристики | МАИТ-01-01 | МАИТ-01-01В | МАИТ-01-С/2С/3С/4С | МАИТ-02 |
|---|---|---|---|---|
| **Контролируемые параметры** | ЭКГ, ФПГ, ЧСС, ЧП, АД, $SpO_2$, Т (опционально) | | | ЭКГ (3-6 отв.), ФПГ, Дыхание, ЧСС, ЧП, ЧД, $SpO_2$, АД неинв., Т1, Т2, АД инв. (2 канала), капнография (основной поток, CO2 на вдохе и выдохе, ЧД), |
| **Возрастные группы** | Взрослые, дети. Опционально: Взрослые-дети-новорожденные | | | |
| **Количество одновременно мониторируемых пациентов** | 1 пациент | | 1/2/3/4 пациента | 1 пациент |
| **Габаритные размеры (ШхВхД, мм)** | 245x70x200 | 245x70x200 Плоский экран 380x320x25 | 245x220x200 (для 2-х пациентов) Плоский экран 380x320x25 | 352x250x274 |
| **Вес (кг)** | 1,5 | 1,5 + 3,0 | 1,5 + 1,5 + 3,0 + 1,0 (2С) | 5 |
| **Вид конструкции** | моноблок | модульный | модульный | моноблок |
| **Возможность подключения к центральной станции** | Подключение к центральной станции МС-2001 «Данко» | | | Подключение к ЦС МС-2005 «Данко» |
| **Дисплей** | | | | |
| **Вид дисплея** | Цифровые индикаторы с высокой яркостью свечения. Жидклкристалический экран для отображения ЭКГ и ФПГ с подсветкой | Яркий цветной плоский LCD-TFT дисплей 15” (306x230 мм) + цифровые LED индикаторы и ЖКИ | Яркий цветной плоский LCD-TFT дисплей 15” (306x230 мм) | Яркий цветной плоский LCD-TFT дисплей 15” (306x230 мм) |
| **Разрешение** | | 640x480 точек | 1024x768 точек | 1024x768 точек |
| **Сенсорный экран** | - | - | по заказу | по заказу |
| **Операционная системы и память** | | | | |
| **Вид операционной системы** | | | Windows XP, CF диск | |
| **Тренды** | Суточные тренды с шагом 5 минут | | Цифровые и графические тренды всех контролируемых параметров с возможностью получения точных цифровых значений параметров, даты, времени, тревог, введенных препаратов и т.д. в любой точке графика | |
| **Пороги тревожной сигнализации** | Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым параметрам | | | |
| **Сохранение информации** | Сохранение информации (тренды, режимы, пороги) при отключении питания | | | |
| **Тревожная сигнализация** | | | | |
| **Виды тревожной сигнализации** | Звуковая и цветовая | | | |
| **Возможность блокировки звуковой сигнализации** | Блокировка на 4 минуты. Возможность полного отключения | | | |
| **Количество уровней сигнализации** | 3 уровня звуковой тревоги | | | |
| **Дополнительные функциональные возможности** | | | | |
| **Электронный лист назначений** | - | | Есть | |
| **Система фиксации событий** | - | | Все виды тревог, ввод аппарата, капельница, процедура и т.д. | |
| **Полуавтоматическое определение амплитуды и длительности любых участков ЭКГ** | - | | Есть | |
| **Экспорт данных мониторирования на внешний Flash диск через USB интерфейс** | - | | Есть | |


# ООО «Медицинские системы»

***Центральный офис:***
**344092,г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского 5/1**
**Тел. +7 (863) 247-44-49 тел./Факс +7 (863) 278-52-71**
**E-mail: medsys@aaanet.ru**

***Представительство в г.Москве и Московской обл:***
**Звездный городок**
**Тел. +7 (495) 526-29-92 Моб.тел.+7-910-443-33-34**
**E-mail: : medsys@aaanet.ru**



**© 2007 ООО «Медицинские системы». Все права сохранены**
**Windows XP** является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft °
**Microsoft** является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft